

↓ 当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<https://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「尿中NGAL」検体量変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目につきましては、検査工程の変更に伴い検体量を変更させていただきますのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目/変更内容

● [27030]尿中NGAL

変更内容	新	旧
検体量※1	尿 1mL	尿 0.4mL

※1：白血球による影響を避けるため、採尿後24時間以内にできるだけ速やかに400×g以上で5分以上遠心分離を行い、上清を別容器(容器番号:25番)に移注して冷蔵でご提出下さい。

※2：その他検査要項に変更はございません。

変更期日

- 本案内以降変更いたします。

