

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<https://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「遊離HCG-β (HCG-β サブユニット)」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目につきまして、現行試薬の販売中止に伴い、同一メーカーの代替試薬に変更いたしますのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目

- [12834] 遊離HCG-β (HCG-β サブユニット)

変更期日

- 2023年7月3日(月)受付日分より



遊離HCG-β (HCG-β サブユニット)

現行試薬の販売中止に伴い、同一メーカーの代替試薬に変更いたします。本変更に伴い、項目コード、基準値、報告下限が変更となります。新基準値は測定試薬の添付文書記載値です。

変更内容

変更内容	新	旧
項目コード	13181	12834
検査項目名	遊離HCG-β (HCG-β サブユニット) *1,2	同左
検査方法	CLIA	同左
検体量	血清 0.3mL [容器番号:01番]	同左
保存方法	冷蔵	同左
基準値	1.00 ng/mL 未満	0.28 ng/mL 未満
所要日数	2~3日	同左
報告下限	1.00 ng/mL 未満	0.28 ng/mL 未満
報告上限	2,000 ng/mL 以上	同左
報告桁数	小数2位、有効3桁	同左
検査実施料/判断料	132点/144点 (生化学的検査 (Ⅱ) 判断料)	同左
備考	*1: 本検査は、遊離型のHCG-βのみを測定します (LHとの交差反応は認められません)。 *2: 妊娠の有無、妊娠週数を必ず明記してください。	

新旧二法の相関

