

2008年6月25日
三菱化学メディエンス株式会社

トロンボモジュリン「MKI」EIA 回収終了のお知らせ

株式会社三菱化学ヤトロンが製造販売し、弊社が受託販売しておりました『トロンボモジュリン「MKI」EIA』につきまして、平成20年2月8日より製造販売業者が自主回収（回収区分：クラス ）に着手しておりましたが、今般、下記のとおり自主回収が終了した旨連絡がありました。皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 回収が終了した品目の販売名、一般的名称、承認番号、承認年月日

販売名 : トロンボモジュリン「MKI」EIA
一般的名称 : トロンボモジュリンキット(分類コード番号:44439000)
承認番号 : 20500AMZ00112000
承認年月日 : 平成5年3月16日

2. 回収が終了したロット番号、出荷年月日及び出荷数量

ロット番号 : L706
出荷年月日 : 平成19年10月23日
出荷数量 : 70キット

3. 回収終了年月日

平成20年6月20日

なお、医薬品医療機器情報提供ホームページ(<http://www.info.pmda.go.jp/>)の「医薬品回収」に回収終了の旨が掲載されています。

4. 問合せ先

三菱化学メディエンス株式会社IVD事業部
TEL:03-6722-4090 FAX:03-6722-4091

なお、トロンボモジュリン「MKI」EIAは、本年4月1日をもって、株式会社三菱化学ヤトロンより弊社が製造販売承認を承継いたしました。

以上